

进口论证专家签到表

2025年 2月 20日

序号	姓名	单位	专家类型	职称	电话
1	申启东	焦作市人民医院	技术	中级	15839158118
2	陈兵	焦作市五矿医院	技术	中级	13939136431
3	裴清心	焦作市人民医院	技术	中级	13649526169
4	许昭迪	焦作市第五人民医院	技术	中级	13939168816
5	李东升	焦作市冬阳物资公司	法律	中级	13939107272

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	焦作市马村区人民医院
拟采购产品名称	西门子 SOMATOM Definition AS 64 排 CT 配套使用球管
拟采购产品金额	160 万元
采购项目所属项目名称	焦作市马村区人民医院 64 排 CT 球管采购项目
采购项目所属项目金额	160 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 焦作市马村区人民医院西门子 SOMATOM Definition AS 64 排 CT 设备，由于核心部件球管出现故障，使设备无法正常运行，为满足医院日常检查等工作需求，焦作市马村区人民医院拟采购 64 排 CT 球管 1 套。 不同 CT 厂家球管不能相互兼容，焦作市马村区人民医院西门子 SOMATOM Definition AS 64 排 CT 无可匹配适用国产球管，为了提高设备扫描图像的精度，确保整机兼容性、稳定性、安全性及设备整体质量，需采购西门子配套球管，故焦作市马村区人民医院 64 排 CT 球管采购项目拟采用进口产品采购方式进行采购。	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">该产品属于国家非限制进口产品，而且进口产品采购理由充分，建议该产品采用进口产品采购方式进行采购。</p>	
专家签字：	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;"> 申启东 裴清心 陈国兵 于昭旭 李东升 2025 年 2 月 20 日 </p>	