






政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	焦作市人民医院
拟采购产品名称	电子胃肠镜系统
拟采购产品金额	262 万元
采购项目所属项目名称	焦作市人民医院电子胃肠镜系统项目
采购项目所属项目金额	262 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：1. 进口产品主机可兼容同一品牌超声内镜系统、电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、电子胃镜、电子肠镜、电子十二指肠镜等，满足多科发展需求。 2. 进口产品具备强力传导功能，内窥镜 PVE 镜管可旋转，不仅可以更好传导操作者的动作，推拉和扭转的动作都能传导至内镜的远端，并且能有效保护导光束不易损坏国产产品无此功能。 3. 进口产品胃镜弯曲角度大，更有利于临床的诊断和治疗，要求消化道内镜均具有前向式射水功能。 目前国产同类设备不能完全或同时满足以上临床诊疗要求，为满足临床医疗水平对设备性能的需求，焦作市人民医院电子胃肠镜采购项目拟采用进口产品采购方式进行采购。	
三、专家论证意见	
该设备不属于国家限制性进口产品，申请理由充分，建议采用进口方式采购。	
专家签字：     	
2025 年 9 月 15 日	

进口论证专家签到表

2015 年 9 月 15 日

序号	姓名	单位	专家类型	职称	电话
1	许冬梅	焦作市审计局	经济类	注册会计师	13703887511
2	程国松	已故	管理类	正高	18003919238
3	王 伟	四院	技术	主任医师	15893007231
4	李东武	焦煤中央医院	技术	高级	15903910469
5	李东升	焦作市冬阳物业公司	法律		13939107272