

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	焦作市人民医院
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统
拟采购产品金额	358 万元
采购项目所属项目名称	焦作市人民医院高清电子胃肠镜系统项目
采购项目所属项目金额	358 万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取:	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:	
☒ 3. 其他:	
原因阐述: 1、高清电子放大胃肠镜系统被用于早期筛查、临床诊断和微创治疗, 直接关系到患者的生命健康。 进口高清电子胃肠镜搭载的 LCI(联动成像技术)和 BLI(蓝光成像技术)”, 与白光相比 LCI 提高了血红蛋白的对比度, 更好地有选择地获取黏膜表面血管或结构信息, 同时 LCI 通过扩红黏膜发红附近的颜色, 信号处理增加了颜色对比度, 有助于医生更容易发现病变。BLI 增强了黏膜表层微血管和动结构的对比度, 通过放大镜 1:5 倍的放大倍数实现对细微血管或结构的观察, 有助于医生对不同部位的病变进行精准治疗。而普通国产高清电子胃肠镜尚不具备上述功能, 监测效果有限, 安全性较低, 只能用于简单的诊断。 2、进口设备, 探头系统兼容性强, 可兼容科室现有任何品牌的胃肠镜使用, 且小巧方便, 可随台车单独移动。 3、高清电子胃、肠镜属于高级精密设备, 机器的硬件和软件影响着成像质量, 国产电子胃肠镜相较于同类进口高清电子胃、肠镜, 在图像清晰度、产品操作性、产品稳定性、耐用性等方面都存在一定差距, 在部分重要指标上无法满足使用要求, 特此申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
该设备不属于国家限制性进口产品, 申请理由充分, 建议采用进口方式采购。	
专家签字: 王伟 许玲梅 魏明 李东武 李马升	
2025 年 9 月 15 日	

进口论证专家签到表

年 月 日

序号	姓名	单位	专家类型	职称	电话
1	高东升	宜兴市太阳物业[公]司	法律		13939107272
2	李东武	宜兴市中医院	技术	高工	15903910469
3	史伟	市法院	技术	主任医师	15893007231
4	杨彬	宜兴市审计局	经济	注册会计师	13703892511
5	顾永松	政府	技术	高工	18003919238